SIMPLEE®

All you need. No more. But no less.

Universal Bond

Professional/Профессиональный/Profesional/Professionnel/Profissional/Professionale/Profesjonell/Profesionalni/Profesionální/Profesjonalny/Profesională/Profesionalne/Profesionális/Profesionalno

GB **Instructions for use**

Self-Etch Adhesive System for Enamel and Dentin

Composition
Universal Bond is based on a single bottle self-etch light-curing adhesive system (Ivoclar Vivadent), responsible for the union between tooth structure (enamel and dentin) and restorative materials. The primer and bonding agent are mixed in the bottle. The adhesive is applied to the tooth structure with a disposable brush (Micro Applicator), therefore, is free from pre-etch, solvent and self-cure activators.
It can be used for direct restorations made of composite resins and light-curing glass ionomer or for indirect procedures when bonded with resin cement. The product contains MDP, which allows it to be used as a metallic and ceramic primer.
Simplee Universal Bond is made with a combination of different photoinitiators. These react with each other and enhance the curing effect of the light from the polymerization lamp. This in turn increases the bond strength to the tooth structure and to restorative materials. The Simplee Universal Bond is colourless and therefore not visible in the oral cavity.

Product Presentation
Package contents: bottle of 5 ml of the product.

Basic Composition
Resin ingredients: MDP (10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate), methacrylate monomers, photoinitiators complex, co-initiators, stabilizers.
Filler: nanofiller (5 nm) silicon dioxide (SiO2) filler (4 nm).

Product Indications
• All classes of direct restoration with composites (class I, II, III, IV and V)
• Adhesive luting (in addition to resin cement) of prosthetic pieces (post/cores, crowns, onlays/inlays, veneers, etc.) made of fiberglass, ceramic, ceramic, resin and metal.
• Adhesive repair of composite and ceramic restorations.
• Use as metallic primer.

Contraindications and Precautions
• Before using the curing agent, make sure that the dentin adhesive is slightly shiny (macerated). But not wet.
• The air used in the whole procedure must be oil and water free.
• The recommended bonding time of the product depends on the power of the light emitted by the equipment used. The recommended power intensity of the light curing unit is above 400mW/cm² which guarantees the quality of the bonding. Light curing units must have its light intensity checked by radiometer frequently. It is recommended that the patient and the surgeon use protective glasses to avoid the need for drilling the bottle before using the adhesive.
• Do not apply excess of adhesive to avoid compromising the quality of adhesion and prevent any aesthetic problems. Excess of adhesive after application of air blow should be avoided to prevent air bubbles in the adhesive layer.
• Do not leave the adhesive at the reach of patients and children.
• The adhesive contains methacrylate monomers. Avoid using the product in patients with allergy to acrylates/methacrylates. To reduce risks, minimize the exposure time of the dental tissues to the material when it is not polymerized.
• Wear protective gloves during application. Make sure that the product if the product comes into accidental contact with eyes or oral mucosa, wash the area abundantly with water.
• Make sure to close the bottle immediately after use.
• If, in deep cavities protect the dentin-pulp complex with a base or liner material. Do not use material that contains Eugenol, as it may interfere with the polymerization of composite. The light intensity of the light polymerization of HOCL should also be avoided because it can interfere on the curing process of the adhesive.
• Do not apply the need for drilling the bottle before using the adhesive.

Side Effects
The adhesive can cause sensitization reactions in patients who are sensitive to any components of the formula. In this case, the material should not be used.

Instructions for use
Before starting the treatment, read carefully the Warnings, Precautions, Contraindications and possible Side Effects.

1. APPLICATION METHODS/DIFFERENT INDICATIONS
1.1 Light-curing direct restorations in enamel and/or dentin:
1. Prepare the cavity and remove the smear layer with a fine grit diamond bur (cutting bur).
2. Prior to rinsing the teeth shade makes sure that teeth are clean and hydrated.
3. Anesthesia can be administered if required.
4. Properly isolate the area. Bonding restorations can be adequately performed with rubber dam or relative isolation depending on the case. There are cases where the use of rubber dam is essential.
5. Tooth Preparation: Prepare the cavity with internal reduction of tooth structure as possible.
6. Adhesive Application: See specific procedures in 1 and 2 on this manual.

1.2 Instructions for bonding of indirect restorations:
A. Tooth Preparation: Isolate the tooth with rubber dam or relative isolation and use a gingival retraction cord when the margin of the preparation is subgingival, to ensure no contamination while tooth preparation.
Prepare the tooth with internal reduction as possible. Avoid sharp angles.
B. The treatment of the inner surface of the ceramic parts should follow recommendations according to the classification of the material. Follow the manufacturer's recommendations on the cementation process.
C. Adhesive Application: See specific procedure on item 3 of this manual.

1.3 Instructions for bonding of prefabricated posts:
A. Perform the post preparation (remove provisional radiographically) and check the quality of the endodontic treatment.
B. Select the appropriate post. Prioritize the use of rubber dam.
C. Partially remove the gutta-percha from the root canal using a specific drill or appropriate instrument maintaining 3 to 5 mm of gutta-percha in the apical region, ensuring the sealing of endodontic filling.
D. Select the preliminary post according to the diameter of the root canal.
E. Prepare the root canal with appropriate drill to adjust to the post diameter. Avoid unnecessary removal of tooth structure.

F. Adhesive Application: See specific procedure on items 2 and 3 of this manual.

2. PREPARATION OF DENTIN SUBSTRATE
2.1 Self-etch mode:
a. Direct and Indirect restorations: Keep it moist (as macerated) dentin prior etching.
b. Prefabricated posts: Dehydrate the root canal dentin with paper points.

2.2 Enamel selective-etch method:
1. Select and isolate the enamel only (phosphoric acid
37% only on enamel for 15 seconds). Wash the surface with water and dry the cavity until it is moist, not dehydrated.
2. Use a brush to apply the adhesive.

2.3 Total-etch method:
1. Select and isolate the enamel only (phosphoric acid 37% only on enamel for 15 seconds and dentin for 5 seconds according to the type of preparation. Wash the surface with water and dry the cavity so that the dentin does not dehydrate (it should look like there is no substrate to be bonded). Avoid excessive drying of the dentin.
2. Use a brush to apply the adhesive.

3. APPLICATION OF THE ADHESIVE:
3.1 Dentin and indirect Restorations:
Simplee Universal Bond is ready to use. Do not dilute it. Apply a generous layer of the adhesive on the entire cavity preparation with a disposable micro applicator. Apply three layers of adhesive - one drop for each - on the slightly moistened tooth surface. The first layer should be agitated for 10 seconds. Use a gentle stream of oil and water free air for 5 seconds to evaporate the solvent. The second layer of adhesive is also applied in a rubbing motion for another 10 seconds and then the area is air blasted gently for 5 seconds to evaporate the solvent. Light cure the third layer of adhesive for 10 seconds.

3.2 Enamel selective-etch method:
With the aid of a disposable micro applicator, apply two layers – one drop for each of the product into the etched enamel surface and rub it in for 10 seconds. Use a gentle stream of oil and water free air for 5 seconds to evaporate the solvent. Apply a third layer for 10 seconds, and then light cure for 20 seconds.

3.3 Total-etch method:
With the aid of a disposable micro applicator, apply two layers – one drop for each of the product into the etched enamel and dentin surfaces and rub it in for 10 seconds. Use a gentle stream of oil and water free air for 5 seconds to evaporate the solvent and polymerization.

3.3 As metallic or non-ethelnic ceramics primer:
Apply one drop of the product to the surface to be treated with the aid of a disposable micro applicator, apply Simplee Universal Bond under friction on the internal surface of the previously treated surface. Leave it undisturbed for 10 seconds. Use a gentle stream of oil and water free air for 5 seconds, then apply the resin cement on the internal surface of the piece.

3.4 As Adhesive restorative repair:
Apply one drop of the product to the surface to be repaired and it is equivalent to that indicated on item 2.3, however instead of performing the surface, it must be acid etched with fluoridric acid and receive silane agent before Simplee Universal Bond application. Use the resin cement, composite and glass ionomer cement according to the respective instruction manuals.
The recommended polymerization time for the product depends on the power of the light emitted by the equipment used. The recommended power density of the light curing unit is above 400mW/cm² which guarantees the quality of the bonding. Light curing units must have its light intensity checked by radiometer frequently.

Warnings
Read the entire instruction for proper adhesion. In order to dispose the product properly follow your country's legislation. Do not reuse empty packages. Keep out of the reach of children.

Storage and Shelf Life
Store the product between 2°C to 28°C (36°F - 82°F) and in accordance with the instructions for use. Do not freeze. Avoid exposure of the product to direct sunlight. The shelf life is 48 months. In addition, the use is shipped to prove, if this material is compatible with all tooth structure being used it and under its responsibility, especially when such use is not described in the instruction. Overview of data does not constitute any kind of guarantee and, therefore, has no binding.

GR **Οδηγίες χρησιμοποίησης**

Σύστημα Αυτο-Χαλύβδωσης Adhesive για Σμάλτο και Οδοντίνη

Νέα Εξ ενδεικνύσεων Σύνθεση και Οδηγίες
Το Simplee Universal Bond είναι ένα φωτοπολυμεριζόμενο σύστημα συγκόλλησης αυτο-χάραξης σε μια φιάλη, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ένωση μεταξύ της δομής των δοντιών (σμάλτο και οδοντίνη) και των υλικών αποκατάστασης. Το primer και το bonding agent αναμιγνύονται στη φιάλη. Η συγκόλληση εφαρμόζεται στη δομή των δοντιών με μια μίνι βούρτσα εφαρμογής (Micro Applicator), επομένως, είναι ελεύθερη από ενεργοποιητές προ-χάραξης, διαλύτη και αυτο-πολυμερισμού.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άμεσες αποκαταστάσεις από σύνθετες ρητίνες και φωτοπολυμεριζόμενο γυαλί ιονομερών ή για έμμεσες διαδικασίες όταν συγκολλάται με ρητινώδες τσιμέντο. Το προϊόν περιέχει MDP, το οποίο επιτρέπει τη χρήση του ως μεταλλικό και κεραμικό primer.
Το Simplee Universal Bond είναι κατασκευασμένο με συνδυασμό διαφορετικών φωτοεκκινητών. Αυτοί αντιδρούν μεταξύ τους και βελτιώνουν το αποτέλεσμα πολυμερισμού του φωτός από τη λυχνία πολυμερισμού. Αυτό με τη σειρά του αυξάνει την αντοχή συγκόλλησης στη δομή των δοντιών και στα υλικά αποκατάστασης. Το Simplee Universal Bond είναι άχρωμο και επομένως δεν είναι ορατό στη στοματική κοιλότητα.

Παρουσίαση Προϊόντος
Περιεχόμενα συσκευασίας: φιάλη των 5 ml του προϊόντος.

Βασική Σύνθεση
Συστατικά ρητίνης: MDP (10-μεθακρυλοξυδεκυλο διυδρογόνο φωσφορικό), μεθακρυλικά μονομερή, φωτοεκκινητικό σύμπλεγμα, συν-εκκινητές, σταθεροποιητές.
Γέμισμα: νανο-γέμισμα (5 nm) διοξειδίου του πυριτίου (SiO2) γέμισμα (4 nm).

Ενδείξεις Προϊόντος
• Όλες οι κατηγορίες άμεσων αποκαταστάσεων με σύνθετες ρητίνες (κατηγορία I, II, III, IV και V)
• Συγκολλητική στερέωση (επιπλέον στο τσιμέντο ρητίνης) τεχνητών τεμαχίων (ενισχυτικά κολοβώματα/κολοβώματα, στεφάνες, ένθετα/επένθετα, όψεις κ.λπ.) από ίνες γυαλιού, κεραμικό, κεραμικό, ρητίνη και μέταλλο.
• Συγκολλητική επισκευή σύνθετων και κεραμικών αποκαταστάσεων.
• Χρήση ως μεταλλικό primer.

Αντενδείξεις και Προφυλάξεις
• Πριν χρησιμοποιήσετε τον παράγοντα σκλήρυνσης, βεβαιωθείτε ότι η συγκόλληση οδοντίνης είναι ελαφρώς γυαλιστερή (εμποτισμένη). Όχι όμως υγρή.
• Ο αέρας που χρησιμοποιείται σε όλη τη διαδικασία πρέπει να είναι χωρίς λάδι και νερό.
• Ο συνιστώμενος χρόνος συγκόλλησης του προϊόντος εξαρτάται από την ισχύ της ακτινοβολίας που εκπέμπεται από τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται. Η συνιστώμενη πυκνότητα ισχύος της μονάδας φωτοπολυμερισμού είναι πάνω από 400mW/cm², η οποία εγγυάται την ποιότητα της συγκόλλησης. Οι μονάδες φωτοπολυμερισμού πρέπει να ελέγχονται τακτικά για την ένταση του φωτός τους με ραδιομετρητή. Συνιστάται ο ασθενής και ο χειρουργός να χρησιμοποιούν προστατευτικά γυαλιά για να αποφευχθεί η ανάγκη διάτρησης του μπουκαλιού πριν από τη χρήση της συγκόλλησης.
• Μην εφαρμόζετε υπερβολική ποσότητα συγκόλλησης για να αποφύγετε τον κίνδυνο μειωμένης ποιότητας συγκόλλησης και προβλήματα αισθητικής. Αποφύγετε την υπερβολική ποσότητα συγκόλλησης μετά την εφαρμογή αέρα για να αποφύγετε τις φυσαλίδες αέρα στο στρώμα συγκόλλησης.
• Μην αφήνετε τη συγκόλληση στο έλεος των ασθενών και των παιδιών.
• Η συγκόλληση περιέχει μονομερή μεθακρυλικού. Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε ασθενείς με αλλεργία σε ακρυλικά/μεθακρυλικά. Για να μειώσετε τους κινδύνους, ελαχιστοποιήστε το χρόνο έκθεσης των οδοντικών ιστών στο υλικό όταν δεν είναι πολυμερισμένο.
• Φοράτε προστατευτικά γάντια κατά την εφαρμογή. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έρχεται σε τυχαία επαφή με τα μάτια ή τους βλεννογόνους του στόματος, πλύνετε την περιοχή άφθονα με νερό.
• Βεβαιωθείτε ότι κλείσατε αμέσως το μπουκάλι μετά τη χρήση.
• Εάν, σε βαθιές κοιλότητες, προστατεύετε το συγκρότημα πολφού-οδοντίνης με μια βάση ή ένα υλικό επένδυσης. Μη χρησιμοποιείτε υλικό που περιέχει ευγενόλη, καθώς μπορεί να παρεμβαίνει στον πολυμερισμό της σύνθετης ουσίας. Η ένταση του φωτός του φωτοπολυμερισμού HOCL θα πρέπει επίσης να αποφεύγεται επειδή μπορεί να παρεμβαίνει στη διαδικασία σκλήρυνσης της συγκόλλησης.
• Μην εφαρμόζετε την ανάγκη διάτρησης του μπουκαλιού πριν από τη χρήση της συγκόλλησης.

Παρενέργειες
Η συγκόλληση μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις ευαισθητοποίησης σε ασθενείς που είναι ευαίσθητοι σε οποιαδήποτε συστατικά του τύπου. Σε αυτή την περίπτωση, το υλικό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.

Οδηγίες χρήσης
Πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία, διαβάστε προσεκτικά τις Προειδοποιήσεις, τις Προφυλάξεις, τις Αντενδείξεις και τις πιθανές Παρενέργειες.

1. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
1.1 Άμεσες αποκαταστάσεις φωτοπολυμερισμού σε σμάλτο και/ή οδοντίνη:
1. Προετοιμάστε την κοιλότητα και αφαιρέστε το στρώμα εμποτισμού με ένα λεπτό διαμαντένιο τρυπάνι (κοπτικό τρυπάνι).
2. Πριν από το ξέπλυμα των δοντιών, βεβαιωθείτε ότι η απόχρωση είναι καθαρή και ενυδατωμένη.
3. Μπορεί να χορηγηθεί αναισθησία εάν απαιτείται.
4. Απομονώστε σωστά την περιοχή. Οι αποκαταστάσεις συγκόλλησης μπορούν να εκτελεστούν επαρκώς με απομόνωση από λαστιχένιο φράγμα ή σχετική απομόνωση, ανάλογα με την περίπτωση. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η χρήση απομόνωσης από λαστιχένιο φράγμα είναι απαραίτητη.
5. Προετοιμασία δοντιού: Προετοιμάστε την κοιλότητα με εσωτερική μείωση της δομής των δοντιών όσο το δυνατόν περισσότερο.
6. Εφαρμογή συγκόλλησης: Βλ. συγκεκριμένες διαδικασίες στα σημεία 1 και 2 αυτού του εγχειριδίου.

1.2 Οδηγίες συγκόλλησης έμμεσων αποκαταστάσεων:
Α. Προετοιμασία δοντιού: Απομονώστε το δόντι με λαστιχένιο φράγμα ή σχετική απομόνωση και χρησιμοποιήστε ένα νήμα ούλων όταν το περιθώριο της προετοιμασίας είναι υπογγειακό, για να διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχει μόλυνση κατά την προετοιμασία των δοντιών.
Προετοιμάστε το δόντι με εσωτερική μείωση όσο το δυνατόν περισσότερο. Αποφύγετε τις αιχμηρές γωνίες.
Β. Η επεξεργασία της εσωτερικής επιφάνειας των κεραμικών τεμαχίων θα πρέπει να ακολουθεί τις συστάσεις σύμφωνα με την ταξινόμηση του υλικού. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη διαδικασία τσιμεντοποίησης.
Γ. Εφαρμογή συγκόλλησης: Βλ. συγκεκριμένη διαδικασία στο σημείο 3 αυτού του εγχειριδίου.

1.3 Οδηγίες συγκόλλησης προκατασκευασμένων ενδοδοντικών ακίδων:
Α. Εκτελέστε την προετοιμασία της ακίδας (αφαιρέστε την προσωρινή ακτινογραφικά) και ελέγξτε την ποιότητα της ενδοδοντικής θεραπείας.
Β. Επιλέξτε την κατάλληλη ακίδα. Δώστε προτεραιότητα στη χρήση απομόνωσης από λαστιχένιο φράγμα.
Γ. Αφαιρέστε μερικώς τη γουταπέρκα από το σωληνάριο της ρίζας χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο τρυπάνι ή κατάλληλο εργαλείο διατηρώντας 3 έως 5 mm γουταπέρκα στην περιοχή του άκρου, διασφαλίζοντας τη σφράγιση της ενδοδοντικής πλήρωσης.
Δ. Επιλέξτε την προκαταρκτική ακίδα σύμφωνα με τη διάμετρο του σωληναρίου της ρίζας.
Ε. Προετοιμάστε το σωληνάριο της ρίζας με κατάλληλο τρυπάνι για να προσαρμοστεί στη διάμετρο της ακίδας. Αποφύγετε την περιττή αφαίρεση της δομής των δοντιών.
ΣΤ. Εφαρμογή συγκόλλησης: Βλ. συγκεκριμένες διαδικασίες στα σημεία 2 και 3 αυτού του εγχειριδίου.

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΝΗΣ
2.1 Λειτουργία αυτο-χάραξης:
α. Άμεσες και έμμεσες αποκαταστάσεις: Διατηρήστε την υγρασία (εμποτισμένη) της οδοντίνης πριν από τη χάραξη.
β. Προκατασκευασμένες ακίδες: Αφυδατώστε τη ρίζα του σωληναρίου της οδοντίνης με χάρτινους κώνους.

2.2 Μέθοδος επιλεκτικής χάραξης μόνο στο σμάλτο:
1. Επιλέξτε και απομονώστε μόνο το σμάλτο (φωσφορικό οξύ 37% μόνο στο σμάλτο για 15 δευτερόλεπτα). Πλύνετε την επιφάνεια με νερό και στεγνώστε την κοιλότητα μέχρι να είναι υγρή, όχι αφυδατωμένη.
2. Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα για να εφαρμόσετε τη συγκόλληση.

2.3 Μέθοδος χάραξης σε όλη την επιφάνεια:
1. Επιλέξτε και απομονώστε μόνο το σμάλτο (φωσφορικό οξύ 37% μόνο στο σμάλτο για 15 δευτερόλεπτα και στην οδοντίνη για 5 δευτερόλεπτα ανάλογα με τον τύπο προετοιμασίας. Πλύνετε την επιφάνεια με νερό και στεγνώστε την κοιλότητα έτσι ώστε η οδοντίνη να μην αφυδατωθεί (θα πρέπει να φαίνεται ότι δεν υπάρχει υπόστρωμα προς συγκόλληση). Αποφύγετε την υπερβολική ξήρανση της οδοντίνης.
2. Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα για να εφαρμόσετε τη συγκόλληση.

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ:
3.1 Οδοντίνη και έμμεσες αποκαταστάσεις:
Το Simplee Universal Bond είναι έτοιμο προς χρήση. Μην το αραιώνετε. Εφαρμόστε ένα γενναιόδωρο στρώμα συγκόλλησης σε ολόκληρη την προετοιμασία της κοιλότητας με ένα μικρό εφαρμοστή μίας χρήσης. Εφαρμόστε τρία στρώματα συγκόλλησης – μία σταγόνα για κάθε στρώμα – στην ελαφρώς υγρασμένη επιφάνεια του δοντιού. Το πρώτο στρώμα πρέπει να ανακατεύεται για 10 δευτερόλεπτα. Χρησιμοποιήστε μια απαλή ροή λαδιού και αέρα χωρίς νερό για 5 δευτερόλεπτα για να εξατμίσετε τον διαλύτη. Το δεύτερο στρώμα συγκόλλησης εφαρμόζεται επίσης με κυκλική κίνηση για άλλα 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια η περιοχή φυσάει απαλά για 5 δευτερόλεπτα για να εξατμιστεί ο διαλύτης. Φωτοπολυμερίστε το τρίτο στρώμα συγκόλλησης για 10 δευτερόλεπτα.

3.2 Μέθοδος επιλεκτικής χάραξης μόνο στο σμάλτο:
Με τη βοήθεια ενός μικρού εφαρμοστή μίας χρήσης, εφαρμόστε δύο στρώματα – μία σταγόνα για κάθε προϊόν στην χαραγμένη επιφάνεια σμάλτου και τρίψτε το για 10 δευτερόλεπτα. Χρησιμοποιήστε μια απαλή ροή λαδιού και αέρα χωρίς νερό για 5 δευτερόλεπτα για να εξατμίσετε τον διαλύτη. Εφαρμόστε ένα τρίτο στρώμα για 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια φωτοπολυμερίστε για 20 δευτερόλεπτα.

3.3 Μέθοδος χάραξης σε όλη την επιφάνεια:
Με τη βοήθεια ενός μικρού εφαρμοστή μίας χρήσης, εφαρμόστε δύο στρώματα – μία σταγόνα για κάθε προϊόν στις χαραγμένες επιφάνειες σμάλτου και οδοντίνης και τρίψτε το για 10 δευτερόλεπτα. Χρησιμοποιήστε μια απαλή ροή λαδιού και αέρα χωρίς νερό για 5 δευτερόλεπτα για να εξατμίσετε τον διαλύτη και τον πολυμερισμό.

3.3 Ως μεταλλικό ή μη-αιθελνικό primer για κεραμικά:
Εφαρμόστε μία σταγόνα του προϊόντος στην επιφάνεια που πρόκειται να επεξεργαστεί με τη βοήθεια ενός μικρού εφαρμοστή μίας χρήσης, εφαρμόστε το Simplee Universal Bond κάτω από τριβή στην εσωτερική επιφάνεια της προηγουμένως επεξεργασμένης επιφάνειας. Αφήστε το να δράσει για 10 δευτερόλεπτα. Χρησιμοποιήστε μια απαλή ροή λαδιού και αέρα χωρίς νερό για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια εφαρμόστε το τσιμέντο ρητίνης στην εσωτερική επιφάνεια του τεμαχίου.

3.4 Ως συγκολλητική επισκευή αποκατάστασης:
Εφαρμόστε μία σταγόνα του προϊόντος στην επιφάνεια που πρόκειται να επισκευαστεί και είναι ισοδύναμη με αυτή που υποδεικνύεται στο σημείο 2.3, ωστόσο αντί να εκτελέσετε την επιφάνεια, πρέπει να χαραχθεί με υδροφθορικό οξύ και να δεχτεί παράγοντα σιλανίου πριν από την εφαρμογή του Simplee Universal Bond. Χρησιμοποιήστε το τσιμέντο ρητίνης, το σύνθετο και το τσιμέντο ιονομερών σύμφωνα με τα αντίστοιχα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης.
Ο συνιστώμενος χρόνος πολυμερισμού για το προϊόν εξαρτάται από την ισχύ του φωτός που εκπέμπεται από τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται. Η συνιστώμενη πυκνότητα ισχύος της μονάδας φωτοπολυμερισμού είναι πάνω από 400mW/cm², η οποία εγγυάται την ποιότητα της συγκόλλησης. Οι μονάδες φωτοπολυμερισμού πρέπει να ελέγχονται τακτικά για την ένταση του φωτός τους με ραδιομετρητή.

Προειδοποιήσεις
Διαβάστε ολόκληρες τις οδηγίες για σωστή συγκόλληση. Για να απορρίψετε σωστά το προϊόν, ακολουθήστε τη νομοθεσία της χώρας σας. Μην επαναχρησιμοποιείτε άδεια πακέτα. Κρατήστε μακριά από παιδιά.

Αποθήκευση και Διάρκεια Ζωής
Αποθηκεύστε το προϊόν μεταξύ 2°C και 28°C (36°F - 82°F) και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Μην παγώνετε. Αποφύγετε την έκθεση του προϊόντος στο άμεσο ηλιακό φως. Η διάρκεια ζωής είναι 48 μήνες. Επιπλέον, η χρήση αποστέλλεται για να αποδείξει, εάν αυτό το υλικό είναι συμβατό με όλη τη δομή των δοντιών που χρησιμοποιείται και με δική του ευθύνη, ειδικά όταν αυτή η χρήση δεν περιγράφεται στις οδηγίες. Η επισκόπηση των δεδομένων δεν συνιστά κανενός είδους εγγύηση και, επομένως, δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

RU **Инструкция по применению**

Самопротравливающая система для эмали и дентина

Состав для универсального применения
Simplee Universal Bond – это однокомпонентная самопротравливающая светоотверждаемая адгезивная система (Ivoclar Vivadent), обеспечивающая прочное соединение между твердыми тканями зуба (эмалью и дентином) и реставрационными материалами. Праймер и адгезив смешаны во флаконе. Адгезив наносится на твердые ткани зуба одноразовой микробраш-аппликацией, поэтому не требует предварительного протравливания, использования растворителей и химического отверждения.
Simplee Universal Bond может применяться для прямых реставраций из композитов и стеклоиономеров, а также для непрямых реставраций, фиксируемых композитными цементами. Материал содержит MDP, что позволяет использовать его в качестве праймера для металлических и керамических реставраций.
Simplee Universal Bond изготовлен с использованием комбинации различных фотоинициаторов. Они взаимодействуют друг с другом и усиливают эффект полимеризации света полимеризационной лампы. Это, в свою очередь, повышает прочность связи с твердыми тканями зуба и реставрационными материалами. Simplee Universal Bond бесцветен и поэтому не виден в полости рта.

Упаковка
Содержимое упаковки: флакон 5 мл.

Основной состав
Смола: мономер MDP (10-метакрилоилоксидецил дигидрофосфат), мономеры метакрилата, комплекс фотоинициаторов, со-инициаторы, стабилизаторы.
Наполнитель: нанонаполнитель (диоксид кремния(IV) (SiO2) 5 нм), наполнитель (диоксид кремния(IV) (SiO2) 4 нм).

Показания к применению
• Все классы прямых реставраций композитами (I, II, III, IV и V)
• Адгезивная фиксация (помимо фиксации композитными цементами) ортопедических конструкций (культевых вкладок/культевых вкладок, коронок, накладок/вкладок, виниров и т. д.) из стекловолокна, керамики, керамики, композита и металла.
• Адгезивная починка композитных и керамических реставраций.
• Использование в качестве металлического праймера.

Противопоказания и меры предосторожности
• Перед использованием фотополимеризующейся лампы убедитесь, что адгезивный слой на дентине слегка блестит (влажный). Но не мокрый.
• Воздух, используемый во время всей процедуры, должен быть сухим и не содержать масла.
• Рекомендуемое время полимеризации материала зависит от мощности излучения используемой лампы. Рекомендуемая мощность излучения фотополимеризационной лампы должна быть выше 400 мВт/см², что гарантирует качество фиксации. Фотополимеризационные лампы должны регулярно проверяться на предмет мощности излучения с помощью радиометра. Пациенту и врачу рекомендуется использовать защитные очки, чтобы избежать необходимости прокалывания флакона перед использованием.
• Не наносите избыточное количество адгезива во избежание снижения качества фиксации и возникновения эстетических проблем. Избегайте избыточного количества адгезива после нанесения воздушной струей, чтобы предотвратить образование воздушных пузырьков в адгезивном слое.
• Не оставляйте адгезив в пределах досягаемости пациентов и детей.
• Адгезив содержит мономеры метакрилата. Избегайте использования материала у пациентов с аллергией на акрилаты/метакрилаты. Для снижения риска сведите к минимуму время воздействия материала на ткани зуба, если материал не полимеризован.
• При нанесении используйте защитные перчатки. Если материал случайно попал в глаза или на слизистую оболочку полости рта, немедленно промойте пораженный участок большим количеством воды.
• Обязательно плотно закройте флакон сразу после использования.
• Если вы работаете с глубокой полостью, защитите пульпо-дентинный комплекс основой или прокладочным материалом. Не используйте материалы, содержащие эвгенол, так как они могут помешать полимеризации композита. Также следует избегать воздействия света полимеризационной лампы HOCL, так как это может помешать отверждению адгезива.
• Не используйте необходимость сверления флакона перед использованием адгезива.

Побочные эффекты
Адгезив может вызывать сенсибилизирующие реакции у пациентов, чувствительных к любым компонентам состава. В этом случае материал использовать нельзя.

Инструкция по применению
Перед началом работы внимательно прочитайте раздел «Предупреждения», «Меры предосторожности», «Противопоказания» и возможные «Побочные эффекты».

1. МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ/ПОКАЗАНИЯ
1.1 Светоотверждаемые прямые реставрации эмали и/или дентина:
1. Подготовьте полость и удалите смазанный слой с помощью мелкого алмазного бора (режущего).
2. Перед промыванием зубов убедитесь, что оттенок чистый и увлажненный.
3. При необходимости можно использовать анестезию.
4. Правильно изолируйте область. Реставрации с адгезивной фиксацией можно выполнять с помощью коффердама или относительной изоляции в зависимости от ситуации. В некоторых случаях использование коффердама является обязательным.
5. Подготовка зуба: подготовьте полость с внутренним уменьшением структуры зуба по возможности.
6. Нанесение адгезива: см. конкретные процедуры в пунктах 1 и 2 данного руководства.

1.2 Инструкции по фиксации непрямых реставраций:
А. Подготовка зуба: изолируйте зуб с помощью коффердама или относительной изоляции и используйте ретракционную нить, если край препарирования расположен субгингивально, чтобы обеспечить отсутствие загрязнения во время препарирования зуба.
Подготовьте зуб с внутренним уменьшением по возможности. Избегайте острых углов.
Б. Обработка внутренней поверхности керамических деталей должна осуществляться в соответствии с рекомендациями по классификации материала. Следуйте инструкциям производителя по процедуре цементирования.
В. Нанесение адгезива: см. конкретную процедуру в пункте 3 данного руководства.

1.3 Инструкции по фиксации готовых штифтовых конструкций:
А. Выполните препарирование культевой вкладки (удалите временную культевую вкладку с помощью рентгенографии) и проверьте качество эндодонтического лечения.
Б. Выберите подходящий штифт. Отдайте предпочтение использованию коффердама.
В. Частично удалите гуттаперчу из корневого канала с помощью специального бора или подходящего инструмента, оставив 3–5 мм гуттаперчи в апикальной области, чтобы обеспечить герметичность эндодонтической пломбы.
Г. Выберите предварительный штифт в соответствии с диаметром корневого канала.
Д. Подготовьте корневой канал подходящим сверлом для подгонки по диаметру штифта. Старайтесь избегать ненужного удаления структуры зуба.
Е. Нанесение адгезива: см. конкретную процедуру в пунктах 2 и 3 данного руководства.

2. ПОДГОТОВКА ТКАНЕЙ ЗУБА
2.1 Самопротравливание:
а. Прямые и непрямые реставрации: сохраняйте влажность (пропитанность) дентина перед протравливанием.
б. Готовые культевые вкладки: обезвоживайте дентин корневого канала бумажными штифтами.

2.2 Селективное протравливание только эмали:
1. Выберите и изолируйте только эмаль (фосфорная кислота 37% только на эмали в течение 15 секунд). Промойте поверхность водой и высушите полость до влажного состояния, а не обезвоженного.
2. Используйте кисть для нанесения адгезива.

2.3 Полное протравливание:
1. Выберите и изолируйте только эмаль (фосфорная кислота 37% только на эмали в течение 15 секунд и на дентине в течение 5 секунд в зависимости от типа препарирования. Промойте поверхность водой и высушите полость так, чтобы дентин не был обезвожен (должно казаться, что нет основания для склеивания). Избегайте чрезмерной сушки дентина.
2. Используйте кисть для нанесения адгезива.

3. НАНЕСЕНИЕ АДГЕЗИВА:
3.1 Дентин и непрямые реставрации:
Simplee Universal Bond готов к использованию. Не разбавляйте его. Нанесите обильный слой адгезива на всю препарированную полость с помощью одноразового микроаппликатора. Нанесите три слоя адгезива – по одной капле для каждого слоя – на слегка увлажненную поверхность зуба. Первый слой необходимо втирать в течение 10 секунд. Используйте струю масла и воздуха, свободную от воды, в течение 5 секунд для испарения растворителя. Второй слой адгезива также наносится с помощью втирания в течение еще 10 секунд, а затем область слегка обдувается воздухом в течение 5 секунд для испарения растворителя. Светополимеризуйте третий слой адгезива в течение 10 секунд.

3.2 Селективное протравливание только эмали:
С помощью одноразового микроаппликатора нанесите два слоя – по одной капле каждого продукта – на протравленную эмаль и втирайте в течение 10 секунд. Используйте струю масла и воздуха, свободную от воды, в течение 5 секунд для испарения растворителя. Нанесите третий слой и светополимеризуйте в течение 20 секунд.

3.3 Полное протравливание:
С помощью одноразового микроаппликатора нанесите два слоя – по одной капле каждого продукта – на протравленную эмаль и дентин и втирайте в течение 10 секунд. Используйте струю масла и воздуха, свободную от воды, в течение 5 секунд для испарения растворителя и полимеризации.

3.3 В качестве праймера для металлической или неэтиленовой керамики:
С помощью одноразового микроаппликатора нанесите одну каплю продукта на обрабатываемую поверхность. Нанесите Simplee Universal Bond на внутреннюю поверхность ранее обработанной поверхности с помощью втирания. Оставьте на 10 секунд. Используйте струю масла и воздуха, свободную от воды, в течение 5 секунд, а затем нанесите цементный материал на внутреннюю поверхность детали.

3.4 Для адгезивного ремонта реставрации:
Нанесите одну каплю продукта на поверхность, которую необходимо отремонтировать, что эквивалентно указанному в пункте 2.3, однако вместо обработки поверхности ее необходимо протравить плавиковой кислотой и обработать силановым агентом перед нанесением Simplee Universal Bond. Используйте цементный материал, композит и стеклоиономерный цемент в соответствии с соответствующими инструкциями по применению.
Рекомендуемое время полимеризации материала зависит от мощности излучения используемой лампы. Рекомендуемая мощность излучения фотополимеризационной лампы должна быть выше 400 мВт/см², что гарантирует качество фиксации. Фотополимеризационные лампы должны регулярно проверяться на предмет мощности излучения с помощью радиометра.

Предупреждения
Прочитайте всю инструкцию для правильной адгезии. Для правильной утилизации материала соблюдайте законодательство вашей страны. Не используйте повторно пустые упаковки. Храните в недоступном для детей месте.

Хранение и срок годности
Храните материал при температуре от 2°C до 28°C (от 36°F до 82°F) в соответствии с инструкцией по применению. Не замораживайте. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей. Срок годности материала составляет 48 месяцев. Кроме того, материал поставляется для подтверждения совместимости с тканями зуба, которые будут использоваться, и под вашу ответственность, особенно если такое использование не описано в инструкции. Обзор данных не является гарантией и, следовательно, не имеет обязательной силы.

Simplee Universal Bond
Professional/Профессиональный/Profesional/Professionnel/Profissional/Professionale/Profesjonell/Profesionalni/Profesionální/Profesjonalny/Profes

appliare adeguatamente, ed ha dosi bruciapelo fisiate nel desiderato range con errore di ±5% di fondo scala. Nota: durante l'esecuzione di questa prova, potrebbero più voci registrare dosi differenti da zero, anche se non ancora rilevanti. b. Sensitività: la prestazione di ciascun dell' Applicatore SP Ti dovrà rientrare nel range di valori di sensitività specificato nella tabella 1 (vedi sopra). Nota: eventuali fondi di lungo termine superiori a quelli sopra menzionati dovranno essere indagati.

2 RIPARENO AV ADHESIV

2.1 Direkte og indirekte reaktioner:

Drupy Simpline Universal Bond er skyggestærkt og derfor direkte på en mikroapplikator. Påfør to lag av pålagret lys herding, og det tørt klebede overvaflaten. Det lønner seg å påføre pålagret lys i overflaten ved å gi en applikasjon av overflaten i 10 sekunder. Neste lag, med en tykkelse, påføres over 10 sekunder, og så blåses det forsiktig i 10 sekunder for å fordampe løsningsmidlet. Deretter lysherdes fordelingen i 10 sekunder.

2.2 Sementering av prothetiske eller og kroner:

Bruk Simpline Universal Bond som beskrevet i punkt 2.1 ovenfor. Om ren herdi i lag i 10 sekunder. Bite fordeling fordeler også fra 5-6 dråper av pågrunningsfelt fordelingen (utfelt) på. Sementer kronen eller broen. Den er viktig å sørge at denne ser ut hyr enn alleren i den sidste del av kanalen. Dette vil vanliggjøre fordelingen av løsningsmidler, slik at polymerisasjonen blir effektivisert.

2.3 Sam primer for metall og ikke-ædelre kroner:

Etter sandblåsing, rens alle overflater med alkohol eller aceton. Påfør og tørk primer. Med en mikroapplikator gni Simpline Universal Bond en i overflaten og for så lyge over i 5 sek. Tørres det forsiktig med luftbåret i 5 sek. Påfør et tynt lag av Simpline Universal Bond og herd i 10 sekunder.

2.4 Sam primer på ædelre kroner:

Rillengrenden er der samme som punkt 2.3. men - direkte til å sandblåse overflaten, etses den med fluysyre og deretter behandles med Simpline Universal Bond appliseres. For påføringen anbefales det bruken av fluysyre og etsis behandlingsmetoden.

Se ovenfor.

3. RESTAURERINGSMATERIALER VED BONDING:

Alle restaureringer som skal bondes til tannstrukturen skal være av ønsket for de materialene som skal bondes (kompositter og porselen).

Opplysninger og lagring:

Simpline Universal Bond må lagres i temperatur mellom 5 og 23 grader C. Beskyt produktet fra ytre påvirkninger.

Posisen som inneholder produkter må lukkes omhyggelig etter bruken for å forhindre fordamping av løsningsmidler.

Ikke start produktet hvis det er synlige tegn på forurensning.

Ikke bruk produkter som er gått ut på dato.

Reagering: Simpline Universal Bond er fornes med alkohol.

Simpline Universal Bond er holdbar i 2 år etter produksjonsdato. Dene er angitt på produktetiketten.

Advarsel:

Ikke bruk produkter eller kvikksølvholdende er skjegt følg bruke lover og regler på produkter skal kastes. Ikke bruk produkter som er gått ut på dato. Ikke bruk produkter som er gått ut på dato.

Dette materialet kan forårsake allergiske reaksjoner hos personer som er følsomme overfor akrylater. Produsenten er ikke ansvarlig for anvend bruk eller feilbruk. Brukeren må kontrollere om egnet om et materiale er egnet til det prosedyren som det skal brukes til og ta alle tiltak for å unngå skade på pasienten, eller for å unngå at brukeren selv. De oppgitte data innebærer ingen form for garanti, og er således ikke bindende.

EN **Käyttöohje**

Itse-etsaavat sidosaine liuksissa ja dentiinille

Yhä suositeltavaa käyttöohje

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Pidä käyttöohje tallessa mahdollisia tulevaisuudessa tarvetta varten, anelut aiheet sallivat tuotteen tai tuotetta ole ja vaikuttaa tuotteen käyttöä. Ei ole tarkoitettu käytettäväksi potilaan kehossa ennen kuin.

Tuotteen kuvaus

Simpline Universal Bond on kaksiosainen valojuotteen itse-etsaava valosidosaine sidosaine yhdessä pullossa. Sidosaine on hydrofiilinen ja sisältää fosforihappoesteriä, joka etsaa dentiiniä ja tarjoaminen valo-aktiivisen polymeerin pullossa. Emaljan etsaus käytetään ensin kiillotettu emaljan pinta, jonka jälkeen etsaa tuotetta noin 5 sekuntia (kiillotettu emaljan pinta) tai 10 sekuntia (matta emaljan pinta). Huuhtele etsausaine huolellisesti vähintään 10 sekunnin ajan. Tuotetta on kuivattava ilmalla (vähintään 5 sekuntia) ja valokovetettava (vähintään 10 sekuntia). Sidosaine on valmis käytettäväksi. Simpline Universal Bond -sidosaine on saatavana myös yksiannoksisissa kertakäyttöisissä annospakkauksissa. Tuote sisältää MDP:tä, joka mahdollistaa kuitenkin kalsiumin sekä metalli- että kemiallisempaa.

Simpline Universal Bond on valmistettu en kromatoitavien yhdisteistä. Ne reagoivat keskenään ja tehostavat polymerisaatiomenetelmän voivat kovettuvia valoissa. Tämä puolestaan lisää sidoslujuutta ja vähentää mikrovuotoja. Tämä mahdollistaa tehokkaan sementoinnin. Simpline Universal Bond voi varmistaa ja ainoa sidosaineen materiaali.

Pakkaus

Pakkaus: yksi sisältää 5 ml:n pullon.

Peruskoostumus

Simpline Universal Bond: MDP (10-metakryloyloksidekyylidivetyfosfaatti), metakrylaattimonomeeri, hydrofiilinen kompleksi, kiinteäaineet, etsaavat.

Kiinteäaineet: silikoni-oksi (pyrogeenisilikaatti) ja kuitei (etanoli).

Käyttöohjeet

Suomi: yksilöimisvaiheen käyttöön. Lisää: Lukuri (sivilisi) E, R, W, N ja VI.

Lisäksella, osmeria kovettuu, kuivaa, kuivaa, kuivaa ja metallia valmistuvien prohetisten osien (hiasti/plati, bruna), cirka / kiloyhdistet, lämmetyt ja / sähkoinen sementeistä (esimerkiksi fosforihappo) yhdistelmäsuosan valmistuvat kovettuvia.

Käytä kerrallaan vain yksi annospakkaus pinnan poistamiseksi.

1. Valmistelu ja etsaaminen

Ennen käyttöä: Ravista annospakkausta voimakkaasti vähintään 10 sekuntia. Avaa annospakkaus ja kohdista pipetinkärki hammasta kohti. Paina pipetin kärki kokonaan pohjaan asti ja vapauta sitten paine. Tämä varmistaa, että pipetin kärki on täynnä. Levitä sidosaine hammasta kohti ja hiero sitä voimakkaasti 10 sekunnin ajan. Tämä varmistaa, että sidosaine tunkeutuu kunnolla hammasta kohti. Älä käytä pipettiä suoraan hammasta kohti. Tämä voi vahingoittaa pipettiä ja sen kärkeä.

Tuotetta voi käyttää suoraan yksiköstimuotoisella ja valokovetettavaa (vaikka tämä ei ole suositeltavaa) sekä epäsuoran käyttöä (valokovetettavaa hammasta). Tuote sisältää MDP:tä, joka mahdollistaa kalsiumin sekä metalli- että kemiallisempaa.

Simpline Universal Bond on valmistettu en kromatoitavien yhdisteistä. Ne reagoivat keskenään ja tehostavat polymerisaatiomenetelmän voivat kovettuvia valoissa. Tämä puolestaan lisää sidoslujuutta ja vähentää mikrovuotoja. Tämä mahdollistaa tehokkaan sementoinnin. Simpline Universal Bond voi varmistaa ja ainoa sidosaineen materiaali.

2. Kovettaminen

Paikoissa, jotka saattaa 3 min pulkan